



قائمة الاسئلة

الأشعة المقطعية- كلية الطب والعلوم الصحية - شعبة العلوم الطبية التطبيقية - المستوى الرابع - تخصص أشعة

1) Bleeding within the intracranial vault including brain & surrounding meningeal spaces is called

-
- 1) Intracranial Hemorrhage
 - 2) High B.P.
 - 3) Head trauma
 - 4) لا يوجد

2) Conventional radiography can display tissues that have at least % difference in density.

- 1) 10%
- 2) 1%
- 3) 20%
- 4) 50%

3) الصورة الأولى في الأشعة المقطعية تسمى كل ما ذكر ما عدا.....

- 1) Scanogram
- 2) Topogram
- 3) Reference scan
- 4) Plain film

4) We choose "Head first or Feet first من اجل؟

- 1) لمعرفة الجهة الأيمن من الأيسر
- 2) لمعرفة حالة المريض
- 3) لأختيار عوامل التعريض
- 4) لا يوجد

5) الأفلام الرقمية التي لا يمكنك فتحها في الضوء تسمى.....

- 1) Laser Films
- 2) Laser Printers
- 3) Thermal Printers
- 4) لا يوجد

6) بإمكاننا فتح نوع من أنواع الأفلام الرقمية في الضوء

- 1) Magneta
- 2) Carestream
- 3) Thermal
- 4) Laser

7) طابعة رقمية تطبع فقط اللون الأبيض و الأسود

- 1) Monochrome Laser Printer
- 2) Compact Laser Printer
- 3) Multifunction Laser Printer
- 4) لا يوجد

8) مسميات الطابعات الرقمية هي

- 1) Laser & digital
- 2) Thermal & digital
- 3) Thermal & Laser
- 4) لا يوجد

9) The components of the operator console are:.....


- 1) keyboard & mose
- 2) table & chair
- 3) monitor & screen






- 4) لا يوجد -
- 10) جناح الـ CT يسمى.....
- 1) + Suit
 - 2) - Sweet
 - 3) - Site
 - 4) لا يوجد -
- 11) There are monitors for a CT unit
- 1) + Two
 - 2) - Three
 - 3) - Four
 - 4) كل ما ذكر -
- 12) Evolution of CT scans is termed by
- 1) + Generation
 - 2) - Generators
 - 3) - Multi slice
 - 4) - All
- 13) الجيل الثالث من الأشعة المقطعية يحتوي Detectors
- 1) - 1 detector
 - 2) - about 30 detectors
 - 3) + 700 - 960 detectors
 - 4) - 1,500 - 4,800 detectors
- 14) المسافة التي تقطعها الطاولة أثناء الكشف بالمقطعية تسمى.....
- 1) + Table pitch
 - 2) - Focal Film distance
 - 3) - Object Film distance
 - 4) كل ما ذكر -
- 15) عملية تحويل الصورة من Tissue Bone الى Tissue Soft تسمى.....
- 1) + Windowing
 - 2) - Window With
 - 3) - Window Length
 - 4) - M.P.R.
- 16) وسيلة انتاج صورة ثلاثية الأبعاد تسمى.....
- 1) - W.W.W.
 - 2) - W.L.
 - 3) - W.W.
 - 4) + M.P.R.
- 17) ماذا تعني لك عبارة V.O.F. في عالم التشخيص المقطعي؟
- 1) + Field of View
 - 2) - Fine Object View
 - 3) - Focus Object View
 - 4) كل ما ذكر -
- 18) عدم وضوح الصورة في صور المقطعية تسمى.....
- 1) + Image Noise
 - 2) - Artifact
 - 3) - Brightness
 - 4) لا يوجد -
- 19) مصطلح يستخدم لتمييز صورتين متجاورتين يسمى.....
- 1) + Spatial Ressionolution
 - 2) - Image Noise





- 3) - Image Resolution
4) - لا يوجد
- 20) التسمية الثانية للـ Unit Control هو
1) Work station
2) - Dark room
3) - CT suit
4) - كل ما ذكر
- 21) عناصر الـ shielding تقوم بالحد من
1) - Collimators
2) Noise
3) - Detectors
4) - All
- 22) عناصر الـ shielding تتكون من
1) Collimators & Diaphragm
2) - Detectors
3) - Noise
4) - All
- 23) في الأونة الأخيرة ، الـ Gantry يحتوي بداخله كل ما ذكر ما عدا
1) - X-ray tube
2) - collimators
3) - Detectors
4) Patient table
- 24) The first CT before 1975 scans Only
1) Head
2) - Neck
3) - Head and neck
4) - كل ما ذكر
- 25) تحريك الـ Gantry يتحكم بها الـ
1) Operator
2) - patient
3) - المرافق
4) - لا يوجد
- 26) The gantry consists all except
1) - X-ray tube
2) - detectors
3) - collimators
4) Patient
- 27) The scanning unit has another name called
1) Gantry
2) - Detectors
3) - X-ray tube
4) - لا يوجد
- 28) محول الضغط العالي يقدم من التيار لجهاز المقطعية.
1) - نوع لتسخين الفتيلة فقط
2) - نوع لتسريع حركة الإلكترونات
3) نوعان واحد للتسخين واثنان للتسريع
4) - لا يوجد
- 29) CT system consists.....
1) - Gantry





-
- 2) - Computer
3) - Operator console
4) + كل ما ذكر
- 30) How ar CT images?
1) + Two dimensional images
2) - AP & Lateral
3) - Supine & Prone
4) - لا يوجد

